

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

**Product**

Produit

**Name and address of the applicant**

Nom et adresse du demandeur

**Name and address of the manufacturer**

Nom et adresse du fabricant

**Name and address of the factory**

Nom et adresse de l'usine

**Ratings and principal characteristics**

Valeurs nominales et caractéristiques principales

**Medical Beds**

Linet spol. s.r.o.

Želevecice 5

274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Linet spol. s.r.o., Želevecice 5, 274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Linet spol. s.r.o., Želevecice 5, 274 01 Slaný, CZECH REPUBLIC

Rated voltage: 230VAC

Rated frequency: 50/60Hz

Rated power: max. 370VA

Degree of protection: IPX4

Protection class: I

Operating time: 10 % (2min. ON / 18 min. OFF)

Safe working load: 250kg

Max. patient weight: 185kg

**Dimension**

- with split plastic siderails: 217.9 x 99.2 cm

- with single collapsible siderails: 217.9 x 99.3 cm

Mattress platform dimensions: 90 x 200 x 14 cm

Eleganza 1 / 1GTxxxx-xx

**Model/type Ref.**

Ref. de type

**Additional information (if necessary)**

Information complémentaire (si nécessaire)

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

as shown in the Test Report Ref. No.

which forms part of this certificate

comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro

de référence qui constitue une partie de ce

certificat

IEC 60601-1:2005

IEC 60601-2-52:2009

713022145

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Date,

2013-08-21

CB 13 07 67069 003



Manfred Appel



TÜV SÜD Product Service GmbH · Certification Body · Ridlerstrasse 65 · D-80339 München

Product Service